

<b>Van</b>	Naam instituut: _____
	Adres: _____
	_____
	Contactpersoon: _____
	Telefoonnummer: _____
	Mailadres: _____

<b>Naar</b>	Nutricia Pump Service Centre, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel Verzend de pomp steeds met een volledig ingevuld formulier.
-------------	---

<b>Flocare Infinity serienummer</b>	Flocare Infinity <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<b>Opmerking:</b> Voor een Flocare 800-pomp, vraag een aangepast meldingsformulier.

<b>Reden voor verzending</b>	<input type="checkbox"/> Pomp is niet langer nodig <input type="checkbox"/> Controle en/of herstelling
	<p>Gelieve de pomp in de originele verpakking te verzenden, <b>zonder klem en zonder adapter</b>, tenzij ze stuk zijn of tenzij de pomp niet langer nodig is.          Indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is, moet de pomp verpakt worden zodat ze bestand is tegen schokken tijdens het vervoer.</p> <p>Indien bekend is dat de pomp besmet is met MRSA-virus of een ander vergelijkbaar risico, wordt de pomp niet aan Nutricia aangeboden.</p>

<b>Probleemvermelding (bij controle en/of herstelling)</b>	Gelieve met een kruisje aan te duiden wat niet ok (NOK) is.
--	---

flocare Infinity	NOK
<b>Externe controle</b>	
Behuizing beschadigd	
Toetsenbord defect	
Deur, -scharnieren of klepje op de pomp beschadigd	
Rotor beschadigd	
Aansluitpunt voor de adapter stuk	
Schroef voor de paalklem defect	
<b>Batterij / adapter / stroom</b>	
Pomp kan niet aangezet worden	
Pomp werkt alleen op stroom	
Pomp laadt niet op	
Batterijcapaciteit lager dan verwacht	
Batterijsymbool knippert	
<b>Allerlei</b>	
De pomp is gevallen	
Er is vloeistof in de pomp gelopen	
2-jaarlijkse controle nodig (zie sticker 'Next service check')	
Pomp maakt lawaai : 'schuurt' of rammelt	
Fill set werkt niet	

	NOK
<b>Alarmen</b>	
Geen AIR alarm	
Geen OCC OUT alarm	
Geen OCC IN alarm	
Geen DOOR alarm	
Geen NO SET alarm	
Constant AIR alarm	
Constant OCC OUT alarm	
Constant OCC IN alarm	
Constant DOOR alarm	
Constant NO SET alarm	
ERROR, vermeld welke	
<b>Precisie</b>	
Toegediend volume incorrect <input type="checkbox"/> te laag <input type="checkbox"/> te hoog	
Toegediend volume fluctueert	
Opmerking: _____	
_____	
_____	

V.U. N.V. Nutricia, Werkhuizenkaai 160, B-1000 Brussel, 2019/06, 5004051NAM/1000